



Centre Suisse de Contrôle de Qualité
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Centro Svizzero di Controllo della Qualità
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg Poste CH SA

Willi Fox GmbH Medizinalprodukte
Frau Sandra Kohlbrenner
Freie Strasse 45
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2023-08-03

Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 23-07-SO

Sehr geehrte Damen und Herren

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.


Allgemeine Bemerkungen zum Ringversuch

Insgesamt sind die Resultate für diesen Ringversuch zufriedenstellend.

Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
751	F-Okkultes Blut, ql		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	keine Vorgabe

F-Okkultes Blut, ql [751]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet)	
Z-Score :	--	
Methode	Immunolog. [056]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	102	110
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

Kommentare zu den Resultaten

Für die S1-Probe ist das erwartete Resultat « negativ ». Unsere Kontrollproben (S1) werden vor dem Versand mit Reagenzien der Methode Immunologisch getestet.

Anzahl eingeschriebene Laboratorien	119
Anzahl Teilnehmer	110
Teilnahme (%)	92

Die bei diesem Ringversuch versandte S10-Probe enthielt kein Blut.

Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

25. September 2023, 29. Januar 2024, 02. April 2024, 01. Juli 2024

Genehmigung

Bericht genehmigt von:

D. Kessler (Direktorin), M.-A. Perles (Ringversuchsbeauftragte), E. Mertz (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung inbegriffen.



Services suisses d'essais d'aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

SPTS 0004

Kontakt

CSCQ
2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.: +41 (0) 22 305 52 31
Fax: +41 (0) 22 305 52 38
E-mail: cscq@hcuge.ch
Web: www.cscq.ch

Jedes Labor muss möglichen Ursachen ungenügender Resultate nachgehen (s. CSCQ-Teilnehmerhandbuch).
Stabilität und Homogenität intern hergestellter Prüfgegenstände werden durch das CSCQ überprüft. Bei von ausserhalb erworbenen aufbereiteten Proben werden diese Eigenschaften durch den Unterauftragnehmer kontrolliert und durch das CSCQ attestiert.

Ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ dürfen Auszüge dieses Berichtes nicht kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.